ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

АТТЕСТАТ № 0700-00043612

Дата аттестации: 24 июня 2024 г.

Удостоверяется, что аэродинамический стенд С2

наименование и тип испытательного оборудования,

00000021

заводской или инвентарный номер

принадлежащее ООО "АЭРДИН"

наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

по результатам периодической аттестации, протокол № 0700-00043612 от 25 июня 2024 г., признано пригодным для аэродинамических испытаний экспериментальных, опытных и серийных образцов вентиляторов изготовленный по схеме «С» по ГОСТ 10921-2017 «Вентиляторы радиальные и осевые. Методы аэродинамических испытаний».

наименование продукции

по ПМА-01.03280313-С2-2023

наименование и обозначение документов на методики испытаний (при необходимости)

Периодичность периодической аттестации 12 месяцев

Лицо, уполномоченное приказом генерального директора _____ А. Ю. Егоров

подпись *инициалы, фамилия*

(М.П.)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» ОГРН 1027700066415 ФБУ «Ростест-Москва» ИНН 7727061239 43

Заявление-квитанция 0700-003879 от 13.06.2024